



المملكة الأردنية الهاشمية  
المؤسسة العامة للغذاء والدواء



11 JAN 2021



الديوان العام  
قواسل



المؤسسة العامة للغذاء والدواء

الرقم ١٣٧٥ / ١٤١١١  
التاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٧ هـ  
الموافق ٢٠٢١/٠١/١١ م

معالي وزير الصحة

الموضوع: تعليمات نقل وتخزين لقاح كوفيد-١٩ فايزر/بيونتك

تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة الى قرب وصول لقاح كوفيد-١٩ انتاج شركة فايزر/بيونتك الى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية تمهيداً لبدء استخدامه.

أرجو من معاليكم الاطلاع والإيعاز لمن يلزم بضرورة الالتزام والتقييد بالتعليمات الخاصة بظروف النقل والتخزين المتعلقة باللقاح كما ورد من الشركة الصانعة مع التأكيد على الاجراءات الرئيسية التالية وذلك على النحو التالي:  
**الاستلام:**

- عند وصول اللقاح ( داخل صندوق النقل المبرد Thermal Shipping container ) الى مراكز الاستلام والتسليم:

١. الكشف على صندوق النقل المبرد والتأكد من سلامته وعدم تعرضه الى أي ضرر.
٢. وضع صندوق النقل المبرد على الارض تمهيدا لفتحه، لا تضع اي شيء فوقه.
٣. فتح صندوق النقل المبرد والتأكد من وجود جهاز مراقبة الحرارة ( Data Logger ) الخاص بالصندوق.
٤. الضغط على زر "Stop Shipment" على جهاز مراقبة الحرارة بصورة مستمرة ولمدة ٥ ثواني ( هذا سيحفز ارسال تقرير عن الحالة الحرارية لصندوق النقل المبرد طول مدة الشحن من الشركة الصانعة الى الايميل المتعلق بطلب الشراء ).
٥. ارتداء القفازات والنظارات المخصصة للتعامل مع الثلج الجاف قبل الاستمرار بفتح صندوق النقل المبرد.
٦. التأكد من سلامة أدرج عبوات اللقاح (Vial Trays) وعدم تعرضها الى اي كسر او تلف.
٧. التأكد من صحة عدد الأدرج المستلمة في طلب الشراء.
٨. عدم تعريض عبوات اللقاح للحرارة والضوء المباشر وابقائها في عبواتها الأصلية.
٩. يمكن فتح صندوق النقل المبرد مرتين فقط في اليوم الواحد ولمدة ٣ دقائق فقط في كل مرة.

له  
سل

المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف: ٠١١٦٣٢٢٠٠٠ + فاكس: ٠١١٦٣٢٢٠٠٠ + ص.ب: ٨١١٩٥١ عمان ١١١٨١ الأردن ص.ب: ٥٤٢٢٢٨ أبو نصير ١١٩٧٣ الأردن  
الموقع الإلكتروني: www.jfda.jo



المؤسسة العامة للغذاء والدواء

الرقم .....

التاريخ .....

الموافق للتخزين

١. وضع أدرج عبوات اللقاح وداخلها العبوات بصورة قائمة في وحدة التخزين (يمنع حفظ عبوات اللقاح في الوضع المائل او المقلوب).

- يتم التخزين في ثلاجات شديدة البرودة (Ultra-Cold (-80 to -60 C°) ، لا تقم بفتح الأدرج أو لمس عبوات اللقاح وقم بوضع الأدرج في الثلاجة شديدة البرودة مباشرة وخلال ٥ دقائق كحد أقصى. ويجب إبقاؤها في الثلاجة مدة ساعتين على الأقل قبل البدء باستخدامها ( يمكن تخزين اللقاح حتى ٦ شهور داخل الثلاجات شديدة البرودة ).

- إذا تم استخدام صندوق النقل المبرد كوحدة تخزين مؤقتة، يجب تزويد الصندوق بالثلج الجاف وفق إرشادات التعامل الامن مع الثلج الجاف أول ٢٤ ساعة من وصول الشحنة ( للحفاظ على مستوى الثلج داخل الصندوق ) ، ويتم تكرار عملية اضافة الثلج الجاف كل ٥ أيام مع إغلاق الصندوق بلاصق مناسب، ويحد أقصى ٣٠ يوم من التخزين داخله ( يتم بعدها نقل ادرج عبوات اللقاح لثلاجة (2-8 C°) واستخدام اللقاح خلال ٥ أيام (١٢٠ ساعة) كحد أقصى ).

- إذا تم التخزين في ثلاجات (2-8 C°) ، يجب استخدام اللقاح خلال مدة أقصاها ٥ أيام.  
- يمنع اعادة نقل عبوات اللقاح المذابة من مركز تطعيم الى اخر ويمنع اعادة تجميدها.  
- يجب توفر أجهزة مناسبة ومؤهلة لمراقبة درجات الحرارة (Data Loggers) في كل وحدة تخزين.

٢. الإنتظار لحين وصول تقرير الشركة المصنعة حول الوضع الحراري لصندوق النقل المبرد والتأكد من سلامة ظروف تخزين اللقاح خلال فترة الشحن لحين وصوله.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

المدير العام

الاستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات

نسخة المركز الوطني لإدارة الامتثال  
نسخة سلطة مدير عام الخدمات الطبية الملكية  
نسخة السادة شركة الجوز  
نسخة / قسم الرقابة والتفتيش  
نسخة / الملف  
٢٠٢١/١١

المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف: +٩٦٢ ٦ ٥٦٣٢٠٠٠ فاكس: +٩٦٢ ٦ ٥١٠٥٩١٦ ص.ب: ٨١١٩٥١ عمان ١١١٨١ الأردن ص.ب: ٥٤٢٣٢٨ أبو نصير ١١٩٧٣ الأردن

الموقع الإلكتروني: www.jfda.jo